



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. **1657** DEL **07 OTT. 2019**

Oggetto: Acquisto lame monouso per video-laringoscopia mod. McGrath Mac® per l'Unità Operativa Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotone. CIG Z5229F4554.

Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con DPGR n. 6 del 08 maggio 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

PRPONENTE: Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica

Il Direttore della Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti

Il Direttore della Struttura Complessa
Dott.ssa Paola Grandinetti

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE il Responsabile della Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotone, ha avanzato richiesta per l'acquisto di lame monouso dedicate al video-laringoscopia McGrath Mac®, in dotazione al reparto;

CHE il richiedente ha risposto ai quesiti posti in delibera n. 37 del 16/05/2019;

CHE sulla richiesta ha apposto il parere favorevole il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione del Presidio Ospedaliero di Crotone;

CHE tali articoli sono prodotti dalla ditta Aircraft Medical LTD (Scozia) e l'importatrice, Medtronic dichiara (Milano, 15/03/18) che "sono le uniche lame autorizzate per l'utilizzo con il video laringoscopia McGrath Mac" e nelle "Specifiche Tecniche", nella "Destinazione d'uso" dichiara che, le stesse, "devono essere utilizzate per l'intubazione tracheale su vie respiratorie difficili e di routine";

CHE, pertanto, quanto richiesto, oltre ad essere dedicato e infungibile è, nei casi gravi, indispensabile;

CHE non esistono prodotti similari sul mercato;

CHE per l'acquisto è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta DISPOSAN S.r.l., in quanto autorizzata alla commercializzazione dei prodotti richiesti;

CHE la ditta distributrice, applicando uno sconto medio del 34% rispetto ai prezzi ufficiali di listino anno 2017, chiede, per tutta la fornitura €. 5.850,00;

VISTA la dichiarazione di unicità e di esclusività alla commercializzazione (Febbraio 2017 - prot. n. ITV0002965/17/ML), custodita agli atti, dalla quale risulta che la DISPOSAN S.r.l., è la ditta autorizzata a distribuire, per la Regione Calabria, i prodotti aventi marchio Aircraft Medical;

VISTO l'art. 63, c. 2, lett. b., punto 2), del D.Lgs. n. 50/2016, che così recita: "quando le forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, la concorrenza è assente per motivi tecnici non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative " e lo stesso art., al c. 3, lett. b., che dichiara: "nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche proporzionate;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, dalla ditta DISPOSAN S.r.l., con sede in via Armando Diaz n. 96 a Gioia Tauro (RC), lame monouso (CND R9002, REP. 406305) ad un costo totale di €. 5.850,00, oltre Iva al 22%, ripartite nelle seguenti misure e quantità:
 - N. 1 cf. (=50 pz.) mis. 1 (cod. 350-072-000) per un importo di ... €. 450,00,
 - N. 1 cf. (=50 pz.) mis. 2 (cod. 350-017-000) per un importo di ... €. 450,00,
 - N. 5 cf. (=50 pz.) mis. 3 (cod. 350-005-000) per un importo di €. 2.250,00,
 - N. 2 cf. (=50 pz.) mis. 4 (cod. 350-013-000) per un importo di €. 900,00,
 - N.10 cf. (=10 pz.) mis. 5 (cod. 350-013-000) per un importo di €. 1.800,00;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 7.137, Iva 22% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. CC 3a.4.1.1 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi della competente Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Con il parere del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.


Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario.
Ritenuto di condividerne il contenuto.


DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 07 OTT. 2019 con protocollo n. 145.

Il Responsabile del Procedimento



Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano



Medtronic

Minimally Invasive Therapies Group
Patient Monitoring & Recovery

Spett.le
Az. Sanitaria Provinciale di
Crotone

Febbraio 2017
Prot. ITV0002965/17/ML
Gentile Cliente,



Dal 1 Novembre 2016 Medtronic ha assunto la responsabilità diretta per le vendite ed il servizio di supporto alla tecnologia McGrath® in linea con la missione aziendale di *Alleviare il dolore, ripristinare la salute e prolungare la vita*.

Il video laringoscopio McGrath MAC combina la laringoscopia diretta standard (DL) ai vantaggi della laringoscopia videoguidata (VL) e presenta alcune caratteristiche peculiari:

- L'impugnatura incorpora l'insieme LED e videocamera (CameraStick™) e lo schermo portrait LCD a colori da 2.5";
- La batteria al litio da 3.6V ha una durata di 250 minuti. Un countdown sullo schermo indica la durata residua;
- Impugnatura e schermo sono completamente immersibili e possono essere sottoposti a disinfezione di alto livello;
- La lama ha un profilo ultrasottile di 11,9 mm
- Gamma completa di lame monouso, sterili, realizzate in polimero ottico antiappannamento, dalla misura 1 alla misura 4 (1, 2, 3 e 4) più lama per intubazioni difficili estreme (lama X);
- La lama X per intubazioni difficili estreme presenta una curvatura più accentuata rispetto alle altre lame, ha una centimetrazione di profondità posta sul dorso e la scanalatura guida per l'inserimento del tubo evidenziata in giallo.

➤ McGrath MAC è di esclusiva produzione di Medtronic e per l'insieme delle caratteristiche sopra indicate è da considerarsi unico.

➤ Medtronic fornirà direttamente tramite la propria forza vendite e/o Distributori autorizzati i Dispositivi Medici della Linea McGrath, e precisamente, per la regione Calabria vi preghiamo di fare riferimento a:

DISPOSAN SRL

Via A. Diaz, 96
89013 Gioia Tauro
Tel 0966 504563
Pec: disposan.srl@pec.it

Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,

Medtronic Italia S.p.A.
Minimally Invasive Therapies Group
Servizio Marketing PM&R

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel. +39 02 24137.1
Fax +39 02 241381

ASP CROTONE

Ufficio acquisizione Beni e servizi
Centro Direzionale il "GRANAIO"
Via M. Nicoletta, 88900 Crotone (KR)

Milano, 15 Marzo 2018

Gentile Cliente,

Con la presente, Medtronic Italia S.p.A. dichiara che la gamma di lame monouso per il videolaringoscopio McGrath MAC è di propria esclusiva produzione.

Le lame sono sterili e realizzate in polimero ottico antiappannamento. La gamma include 5 misure: dalla misura 1 alla misura 4 (1,2,3 e 4) più lama per intubazioni difficili estreme misura 3 (lama X).

La lama X per intubazioni difficili estreme presenta una curvatura più accentuata rispetto alle altre lame, ha una centimetrazione di profondità posta sul dorso e la scanalatura guida per l'inserimento del tubo è evidenziata in giallo.

Riportiamo di seguito in dettaglio i codici delle lame ricordando nel contempo che esse sono le uniche lame monouso autorizzate per l'utilizzo con il videolaringoscopio McGrath MAC:

Codice	Descrizione
350-072-000	Lama monouso misura 1 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC
350-017-000	Lama monouso misura 2 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC
350-005-000	Lama monouso misura 3 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC
350-013-000	Lama monouso misura 4 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC
X3-003-000	Lama monouso X Blade misura 3 per intubazioni difficili per videolaringoscopio McGrath MAC

Medtronic fornirà direttamente tramite la propria forza vendite e/o Distributori autorizzati i Dispositivi Medici della Linea McGrath, e precisamente, per la vostra zona vi preghiamo di fare riferimento a:

DISPOSAN S.r.l
Via A. Diaz, 96
89013 Gioia Tauro
Tel 0966 504563
Pec: disposan.srl@pec.it



In fede,

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Un Procuratore
MARIA PATRINE

Medtronic Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic Inc.
Cap. soc. € 1.200.000.00 - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156
Sede Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Ramondi - 20156 Milano - Magazzino Via Ramondi 9 - 20156 Milano
Ufficio di Roma Via Aurelia, 475 - 00165 Roma - Tel. 0632814.1 - Fax 063215012

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione:	La lama usa e getta del McGRATH® protegge l'insieme videocamera e LED (CameraStick™) per prevenire il contatto diretto con il paziente. Il profilo della lama è ultra sottile per un facile accesso al paziente (11,9 mm). Le lame del McGRATH® sono fornite sterili e sono monouso. La lama monouso per laringoscopia McGRATH® è classificata come parte applicata di tipo BF in conformità alla sezione 8.3 di EN60601-1. Le caratteristiche di sterilità della lama monouso per laringoscopia McGRATH® sono state certificate dall'organismo notificato Aircraft Medical. Anno inizio commercializzazione in Italia: 2012.
Destinazione d'uso:	Le lame monouso McGRATH® MAC devono essere utilizzate con il video laringoscopia McGRATH® MAC per l'intubazione tracheale su vie respiratorie difficili e di routine.
Materiali costituenti il Dispositivo Medico a diretto contatto con il paziente:	Polimero ottico di grado medico antiappannamento.
Latex free:	SI
Contiene Ftalati:	NO

Confezionamento primario del DM	
I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento:	No
Modalità di conservazione:	Conservare in luogo asciutto al riparo da raggi solari diretti. Temperatura di conservazione e trasporto: tra -10°C a 70°C.
Modalità di smaltimento:	Quando il dispositivo viene eliminato adottare adeguate precauzioni, lo smaltimento deve avvenire secondo la legislazione nazionale e le normative ospedaliere applicabili per i rifiuti biologicamente pericolosi.

Dati di sterilizzazione	
Sterile:	SI
Metodi di sterilizzazione:	Periodo massimo di utilizzo (mesi):
OSSIDO DI ETILENE	36

Informazioni sulla possibilità di riutilizzo	
Monouso:	SI

Listino Prezzi

Divisione : MITG - PMR

Denominazione Dispositivi Airways-Breathing Systems-Inhalation Therapy
I Istino

Validità dal 1 GENNAIO 2017 al 31 DICEMBRE 2017



VIDEOLARINGOSCOPIO McGRATH			
Videolaringoscopio portatile McGrath MAC completo di batteria. Confezione indivisibile da 1 unità. Certificato CE: GB05/64790 Numero Repertorio: 406295/R - Codice CND: Z12021004	300-000-000	€ 10.000,00	22 %
Lama monouso misura 2 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC - Confezione indivisibile da 50 pezzi. Certificato CE: GB05/64790 Numero Repertorio: 406305/R - Codice CND: R9002	350-017-000	€ 750,00	22 %
Lama monouso misura 3 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC - Confezione indivisibile da 50 pezzi. Certificato CE: GB05/64790 Numero Repertorio: 406305/R - Codice CND: R9002	350-005-000	€ 750,00	22 %
Lama monouso misura 4 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC - Confezione indivisibile da 50 pezzi. Certificato CE: GB05/64790 Numero Repertorio: 406305/R - Codice CND: R9002	350-013-000	€ 750,00	22 %
Lama monouso misura 1 per videolaringoscopio portatile McGrath MAC - Confezione indivisibile da 50 pezzi. Certificato CE: GB05/64790 Numero Repertorio: 406305/R - Codice CND: R9002	350-072-000	€ 900,00	22 %
Lama monouso X Blade misura 3 per intubazioni difficili per videolaringoscopio McGrath MAC. Confezione indivisibile da 10 unità. Certificato CE: GB05/64790 Numero Repertorio: 1148156/R - Codice CND: R9002	X3-003-000	€ 220,00	22 %

V