

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. **2302** DEL **29 NOV. 2019**


Oggetto: Acquisto materiale di consumo-dispositivi ROCHE, per un periodo di mesi 12, per il monitoraggio continuo glicemico, per il paz. n. 62, seguito dalla Unità Operativa di Malattie del Metabolismo dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro. CIG Z432AC5B78.

Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con DPGR n. 06 del 08 maggio 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi.

PROPONENTE: Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica

Il Direttore della Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore della Struttura Complessa
Dott.ssa Paola Grandinetti



Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico



PREMESSO

CHE il Commissario ad acta della Regione Calabria con Decreto n. 146 del 07/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento Approvazione linee guida in materia di prescrizione e dispensazione a carico del S.S.R. di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete";

CHE le linee guida hanno sottolineato l'importanza che le persone con diabete abbiano accesso a tutte le categorie di dispositivi medici necessari alla cura della patologia a seconda del tipo di diabete e della situazione clinica di ogni paziente, evitando qualsiasi tipo di limitazione non giustificata che possa impedire l'efficacia delle cure esistenti, a seconda del tipo di diabete e della situazione;

CHE, per quanto specificato in premessa, lo specialista dell'Unità Operativa delle Malattie del Metabolismo dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ha avanzato richiesta per l'acquisto di dispositivi, per il periodo di mesi dodici, per il paz. n. 62, in quanto affetto da diabete mellito tipo 1 con "ipoglicemie asintomatiche (unawareness)" ed in terapia mediante microinfusore della ditta ROCHE DIABETES CARE S.p.A., acquistato con Delibera n. 826 del 13/06/2018;

CHE per l'acquisto è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta menzionata in quanto, come specifica il Decreto n. 146 del 07/11/2017, è onere dello specialista, nella richiesta, indicare il modello, e quindi anche la ditta, dei dispositivi da consegnare in comodato d'uso al paziente;

CHE la ditta distributrice, con sede in viale G. B. Stucchi, 110 a Monza (MB), applicando uno sconto del 5% sul prezzo ufficiale di listino, chiede, per la fornitura completa, €. 4.807,00, oltre Iva al 4%;

VISTO che, per quanto precisato, non esistono sul mercato prodotti simili che possono surrogare quanto richiesto;

VISTO il Decreto menzionato;

VISTO l'art. 63, c. 2, lett. b., p. 2), del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, che così recita: "la concorrenza è assente per motivi tecnici non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative";

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, dalla ditta ROCHE DIABETES CARE S.p.A., per il paz. n. 62, nelle quantità e ai prezzi indicati, i seguenti dispositivi:

- N. 4 Trasmettitore DEXCOM G6, (cod. 08973822001, CND Z1204011501, REP 1738032) €. 617,50 al pz., per un totale di €. 2.470,00
- N. 1 Ricevitore DEXCOM G6, (cod. 08972737001, CND Z1204011501, REP 1738050) €. 855,00,
- N. 3 Sensor DEXCOM G6, (cod. 08972591001, CND Z1204011501, REP 1737965) €. 494,00 al pz., per un totale di €. 1.482,00, per un totale di €. 4.807,00, oltre Iva al 4%;

2. DARE ATTO che la spesa di €. 4.999,28, Iva 4% compresa, graverà sul Conto del Bilancio cod. 501.1.901 e sul Centro di Costo CC 2F.1.1;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo, che verrà emesso di volta in volta dalla competente Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;

4. Nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

II DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi del Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.



Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Masciari

Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 29 NOV. 2019 con protocollo n. 175.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano





Fax: 0962 924 887

Spett.le
AZ SAN PROV DI CROTONE
VIA M NICOLETTA
88900 CROTONE KR

Monza, 09/09/2019

Cod.3690153704

Offerta N. 51537/19/RT2

(da citare per qualsiasi comunicazione relativa)

Oggetto: richiesta preventivo - prot. 0041658 del 22/8/19.

In riferimento alla Vostra richiesta siamo lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la seguente offerta:

Dexcom G6 Ricevitore

Codice:08972737001

Codice CND

Codice Repertorio

Prezzo di listino a confezione

Prezzo offerto a confezione

Prezzo offerto a pz

Sconto applicato

Nr. 1 confezioni offerte

Quantità per confezione: 1 pz

Z1204011501

1738050

EUR: 900,00 (Novecento,0)

EUR: 855,00000 (Ottocentocinquantacinque,0)

→ EUR: 855,00000 (Ottocentocinquantacinque,0)

5,00 (Cinque,0)

855,00

Dexcom G6 Trasmettitore

Codice:08973822001

Codice CND

Codice Repertorio

Prezzo di listino a confezione

Prezzo offerto a confezione

Prezzo offerto a pz

Sconto applicato

Nr. 4 confezioni offerte

Quantità per confezione: 1 pz

Z1204011501

1738032

EUR: 650,00 (Seicentocinquanta,0)

→ EUR: 617,50000 (Seicentodiciassette,50)

EUR: 617,50000 (Seicentodiciassette,50)

5,00 (Cinque,0)

2.470,00

**Dexcom G6 sensori per il monitoraggio glicemico
(3 pz)**

Codice:08972591001

Codice CND

Codice Repertorio

Prezzo di listino a confezione

Prezzo offerto a confezione

Prezzo offerto a pz

Sconto applicato

Nr. 3 confezioni offerte

Quantità per confezione: 3 pz

Z1204011501

1737965

EUR: 520,00 (Cinquecentoventi,0)

→ EUR: 494,00000 (Quattrocentonovantaquattro,0) X 3 = 1.482,00

EUR: 164,66667 (Centosessantaquattro,66667)

5,00 (Cinque,0)

TOT. IMP. = € 4.807,00

" "IVA 4% = € 4.999,28

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
- Società Unipersonale -

Sede Legale e amministrativa
Viale G.B. Stucchi 110
20900 MONZA (MB)
Capitale Soc. EUR 40.222.464,00 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. 09050810960

Tel. +39-39-2817200
Fax +39-39-2817292
monza.dc-gare@roche.com
PEC: gare.diabetescare@roche.legalmail.it
www.roche.it
www.accu-check.it

Condizioni di vendita:

- I prezzi sopraindicati sono comprensivi di imballo e per merce resa franco destino
- Consegna 5 gg. dal ricevimento degli ordini che devono essere trasmessi alla sede di MONZA per la relativa evasione:
- Nr. Verde Telefono ordini 800-620623
- Nr. Verde Fax ordini 800-640643
- Mail ordini: monza.dc-operations@roche.com
- IVA a Vs. carico in base alla normativa vigente
- Pagamento: Rimessa diretta a 60 giorni
- Validità della presente offerta: 30/9/20
- Data fine fornitura: 30/09/2020

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, si comunicano gli estremi del conto corrente dedicato, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi:

Deutsche Bank S.p.A. - Via Italia, 44 - 20900 Monza (MB)
C/C 770019 - ABI 03104 - CAB 20400 - CIN G
IBAN IT38G0310420400000000770019 - Swift Code DEUTITM1106

- 1) Massimo Balestri, nato a Rho (MI) il 29 agosto 1965, codice fiscale BLS MSM 65M29 H264R
- 2) Giuseppe Malanga, nato ad Avellino (AV) il 4 novembre 1980, codice fiscale MLN GPP 80S04 A509R
- 3) Paola Faccioli, nata a Milano (MI) il 26 febbraio 1974, codice fiscale FCC PLA 74B66 F205A

Per eventuali ulteriori informazioni potrete rivolgerVi al nostro collaboratore:

Gangemi Gianpaolo cell.nr. 340 8984 224

Oppure:

PUNTI DI CONTATTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Roche Diabetes Care Italy SpA.
Ufficio Gare, Offerte e Contratti
Viale G. B. Stucchi 110 - 20900 Monza MB
Fax n. 039.2817.292
Indirizzo e-mail: monza.dc-gare@roche.com

Distinti saluti

ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A.

IL PROCURATORE
Pier Giuseppe Maria Costanzo

IL PROCURATORE
Federica Consonni



SCHEDA TECNICA

Sistema Dexcom G6

INFORMAZIONI GENERALI									
Ditta Produttrice	Dexcom, Inc.								
Ditta Distributrice	Roche Diabetes Care Italy S.P.A.								
Indirizzo Distributore	Viale G.B. Stucchi, 110 20900 Monza (Mi)								
Nome Commerciale Prodotto	Dexcom G6								
Codici Di Vendita E Referenze Disponibili	<table> <tr> <td>Dexcom G6 ricevitore</td><td>Codice 08972737001</td></tr> <tr> <td>Dexcom G6 trasmettitore</td><td>Codice 08973822001</td></tr> <tr> <td>Dexcom G6 sensori (3 pz)</td><td>Codice 08972591001</td></tr> <tr> <td>Dexcom G5 sensori (1 pz)</td><td>Codice 08971803001</td></tr> </table>	Dexcom G6 ricevitore	Codice 08972737001	Dexcom G6 trasmettitore	Codice 08973822001	Dexcom G6 sensori (3 pz)	Codice 08972591001	Dexcom G5 sensori (1 pz)	Codice 08971803001
Dexcom G6 ricevitore	Codice 08972737001								
Dexcom G6 trasmettitore	Codice 08973822001								
Dexcom G6 sensori (3 pz)	Codice 08972591001								
Dexcom G5 sensori (1 pz)	Codice 08971803001								
Breve Descrizione Del Prodotto	Dexcom G6 è il sistema di monitoraggio glicemico continuo (CGM) Dexcom di ultima generazione. A differenza delle generazioni precedenti, questo sistema CGM è calibrato in fabbrica, per cui non richiede nessun prelievo dal polpastrello. Dexcom G6 è composto da un sensore, un trasmettitore e un dispositivo di visualizzazione (il ricevitore e/o uno smart device compatibile). Il sistema è caratterizzato da un applicatore dal nuovo design azionabile con un solo tocco e da un trasmettitore sottile e discreto. Dexcom G6 invia le letture glicemiche a uno smart device o al ricevitore Dexcom ogni 5 minuti.								
Destinazione D'uso	Il Sistema di monitoraggio glicemico continuo Dexcom G6 è un sistema di monitoraggio glicemico indicato per persone di almeno 2 anni di età. Il Sistema Dexcom G6 è destinato a sostituire i test glicemici con prelievo dal polpastrello per le decisioni terapeutiche. L'interpretazione dei risultati del Sistema Dexcom G6 deve basarsi sui trend glicemici e su diverse letture sequenziali nel tempo. Il Sistema Dexcom G6 consente inoltre di rilevare più facilmente gli episodi di iperglicemia e l'ipoglicemia, facilitando le correzioni della terapia a breve e a lungo termine. Il Sistema Dexcom G6 è destinato a essere utilizzato dai pazienti a casa e nelle strutture sanitarie.								
Descrizione Sistema	Il sistema di monitoraggio glicemico continuo (CGM) Dexcom G6 è un dispositivo medico utilizzato per tenere traccia dei trend glicemici e monitorare la velocità e la direzione dei cambiamenti della glicemia. Grazie a Dexcom G6 è possibile visualizzare in tempo reale le letture glicemiche del sensore, aggiornate ogni cinque minuti fino a 10 giorni. Le letture sono misurate da un sensore monouso inserito sotto la cute sull'addome (se la fascia d'età della persona con diabete è fra i 2 e i 17 anni, il sensore può essere applicato sull'addome o nella parte superiore del gluteo). Un trasmettitore riutilizzabile invia i dati al dispositivo di visualizzazione selezionato ogni cinque minuti. Con Dexcom G6 è possibile prendere decisioni terapeutiche senza dover								

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
- Società Unipersonale -

Sede Legale e amministrativa
Viale G.B. Stucchi 110
I-20900 MONZA (MB)
Capitale Soc. EUR 40.222.464,00 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. 09050810960

Internal

Tel. +39 0392817 200
Fax +39 0392817 274
www.roche.it
www.accu-check.it



	ricorrere alla conferma della misurazione capillare e non è necessario calibrare. In caso di particolari eventi glicemici, quali ad esempio valori al di fuori dell'intervallo target, o variazioni nell'andamento glicemico, il sistema CGM Dexcom G6 fornisce avvisi personalizzati e permette quindi di reagire in modo proattivo quando i livelli glicemici stanno scendendo o salendo troppo. E' inoltre dotato di un avviso ipoglicemia urgente imminente che comunica all'utente quando la glicemia sta scendendo così rapidamente da arrivare a 55 mg/dL in meno di 20 minuti. L'immediata identificazione degli episodi di iperglicemia e ipoglicemia, permette così di intervenire, facilitando le regolazioni della terapia sia a breve che a lungo termine. Gli andamenti rilevati possono poi essere visualizzati attraverso apposito portale online tramite grafici che ne riflettono i trend e pattern glicemici. Con G6 il paracetamolo o acetaminofene non interferiscono con le letture del sistema. G6 supporta l'uso multi-paziente e può essere utilizzato sia in cieco che in aperto. In aperto: il ricevitore mostra la lettura G6 del paziente, la freccia, il grafico e tutti gli allarmi/avvisi correlati alla glicemia (ovvero: Ipoglicemia urgente, Ipoglicemia urgente imminente, Ipoglicemia, Iperglicemia, Velocità di rialzo o Velocità di discesa). In cieco il ricevitore non mostra nessuna informazione.
Smaltimento del prodotto	Le diverse località hanno requisiti differenti per lo smaltimento di apparecchi elettronici (ricevitore e trasmettitore) e di componenti che sono entrati in contatto con il sangue o altri fluidi corporei (sensore). Osservare i requisiti dell'autorità di gestione dei rifiuti locale.

CARATTERISTICHE DEXCOM G6 RICEVITORE	
Codice CND	Z1204011501
Registrazione Repertorio DM	1738050
Composizione Della Confezione	- n. 1 Ricevitore ricaricabile - n. 1 Cavo USB per la ricarica del ricevitore - n. 1 Caricabatteria a parete - Adattatori per le prese a parete - 3 cover colorate
Caratteristiche	Per avviare o modificare le impostazioni del sistema Dexcom G6 è necessario scegliere prima il dispositivo (o i dispositivi) di visualizzazione in cui ricevere i dati e gli avvisi inviati dal sistema CGM. Si può quindi utilizzare: - Solo il ricevitore; - Solo lo smart device con app Dexcom G6; - La combinazione di entrambi. Il ricevitore è un piccolo dispositivo palmare touchscreen che permette di visualizzare le letture di glucosio inviate dal Sensore al Trasmettitore.

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
- Società Unipersonale -

Sede Legale e amministrativa
Viale G.B. Stucchi 110
I-20900 MONZA (MB)
Capitale Soc. EUR 40.222.464,00 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. 09050810960

Tel. +39 0392817 200
Fax +39 0392817 274
www.roche.it
www.accu-check.it

Internal



	oltre che il grafico trend e le frecce indicanti la velocità di variazione della glicemia. Il Ricevitore comunica mediante tecnologia Bluetooth® Low Energy (BLE) con il Trasmettitore con un raggio d'azione massimo pari a 6 metri, ricevendo ogni 5 minuti le informazioni sulla glicemia rilevate dal sensore ed interpretate dal trasmettitore La schermata principale, ricevendo le informazioni ogni 5 minuti, riporta le letture, il grafico trend, le soglie di ipoglicemia ed iperglicemia che permettono l'attivazione di avvisi preimpostati, lo stato della batteria del Ricevitore e le frecce di trend oppure altri messaggi o avvisi verso l'utente. Le funzioni principali presenti sul Ricevitore sono le seguenti: - Visualizzazione grafici di trend: è possibile consultare l'andamento dei valori glicemici nell'arco di 1, 3, 6, 12 o 24 ore; - Frecce di trend: indicano rapide salite/discese (variazione >3 mg/dL/min), salite/discese (fino a 3 mg/dL/min), lente salite/discese (fino a 2 mg/dL/min) o glicemia costante (fino a 1 mg/dL/min in salita/discesa). - Allarmi di ipoglicemia e iperglicemia personalizzabili a seconda dei target glicemici dell'utilizzatore; - Avvisi di salita/discesa: informano sulla salita o discesa dei livelli glicemici con una velocità di variazione personalizzabile a 2 o 3 mg/dL/min. - Avviso PREDITTIVO DI IPOGLICEMIA URGENTE IMMINENTE: comunica che la glicemia sta scendendo rapidamente e arriverà a un valore inferiore o uguale a 55 mg/dl entro 20 minuti a prescindere dal valore attuale. - Allarme di ipoglicemia urgente: allarme di sicurezza integrato non modificabile e non silenziabile che si attiva ogni volta che viene raggiunta la soglia di 55 mg/dL e si ripete automaticamente finché la glicemia non sale sopra tale livello nell'arco di 30 minuti. - Eventi: è possibile inserire degli indicatori che possono essere significativi per aiutare ad interpretare il tracciato glicemico nell'ambito di un'analisi retrospettiva - Programma avvisi: con allarmi personalizzabili in funzione dell'orario.
Raggio di comunicazione dati	6 metri
Memoria	30 giorni di dati glicemici 7 giorni di dati di assistenza tecnica
Longevità (tipica) della batteria	2 giorni
Tempo di ricarica della batteria	3 ore
Condizioni di utilizzo	Temperatura: 0 °C - 45 °C Umidità: 15% - 95% RH
Condizioni di conservazione e trasporto	Temperatura: 0 °C - 40 °C Umidità: 10% - 95% di umidità relativa
Altitudine di esercizio	Da -365 a 4.114 metri
Protezione contro l'umidità	IP22: protezione contro l'inserimento di corpi di grandi dimensioni e la caduta verticale di gocce d'acqua

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
- Società Unipersonale -

Sede Legale e amministrativa
Viale G.B. Stucchi 110
I-20900 MONZA (MB)
Capitale Soc. EUR 40.222.464,00 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. 09050810960

Internal

Tel +39 0392817 200
Fax +39 0392817 274
www.roche.it
www.accu-check.it



Garanzia limitata	1 anno
Classificazione di controllo	Apparecchiatura di Classe II

CARATTERISTICHE DEXCOM G6 TRASMETTITORE	
Codice CND	Z1204011501
Registrazione Repertorio DM	1738032
Caratteristiche	Il Trasmettitore Dexcom G6 interpreta ed invia ogni 5 minuti mediante tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) le informazioni sulla quantità di glucosio interstiziale rilevate dal sensore al ricevitore Dexcom G6, alla App Dexcom G6 o ad entrambi, con un raggio d'azione massimo pari a 6 metri. Il Trasmettitore e il Sensore Dexcom G6 - quando inseriti correttamente - hanno un grado di protezione IP28, per cui sono resistenti all'acqua fino ad una profondità massima di 2,4 metri per 24 ore.
Classe di sicurezza elettrica	Alimentazione interna
Tempo di ricarica della batteria	Non ricaricabile
Condizioni di utilizzo	Temperatura ambiente: 10°-42 °C Umidità: 10% - 95% di umidità relativa
Condizioni di conservazione e trasporto	Temperatura: 0 °C - 45 °C Umidità: 10% - 95% di umidità relativa
Altitudine di utilizzo	Da -396 metri a 4.206 metri
Garanzia limitata	3 mesi
Protezione contro l'umidità	IP28: protezione contro l'inserimento di corpi di grandi dimensioni e l'immersione in acqua fino a 2,4 metri per 24 ore

CARATTERISTICHE DEXCOM G6 SENSORI	
Codice CND	Z1204011501
Registrazione Repertorio DM	1737965 (confezione 3 sensori) 1738016 (confezione 1 sensore)
Interv. glicemia	40-400 mg/dL
Vita del sensore	Fino a 10 giorni
Condizioni di conservazione e trasporto	Temperatura: 2 °C - 30 °C Conservare i sensori in un luogo fresco e asciutto.
Sterilizzazione	Sterilizzato mediante irraggiamento
Caratteristiche	Il Sensore elettrochimico a base enzimatica viene posizionato sotto la cute dell'addome o della parte superiore dei glutei (per pazienti in età pediatrica) mediante un applicatore automatico e misura in continuo, per l'intera sessione del sensore pari a 10 giorni, i livelli glicemici (288 misurazioni al giorno). L'applicazione è semplice e l'ago è contenuto in sicurezza all'interno del

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
- Società Unipersonale -

Sede Legale e amministrativa
Viale G.B. Stucchi 110
I-20900 MONZA (MB)
Capitale Soc. EUR 40.222.464,00 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. 09050810960

Internal

Tel. +39 0392817 200
Fax +39 0392817 274
www.roche.it
www.accu-check.it



	sistema di inserzione automatica. Un dispositivo di sicurezza impedisce che l'ago possa fuoriuscire accidentalmente. Il sensore viene confezionato all'interno di una busta chiusa sottoposta a sterilizzazione e ciascun singolo packaging include anche il relativo applicatore.
--	--

ASSISTENZA	
Assistenza Tecnica	Assistenza tecnica specializzata Roche Diabetes Care Italy S.p.A. Attiva 24h su 24, 7 giorni su 7

DOCUMENTO EMESSO DA	DIABETES CARE/CGM/vc	NUMERO DOC.	PAC 239
DATA PRIMA EMISSIONE	Aprile 2019		

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
- Società Unipersonale -

Sede Legale e amministrativa
Viale G.B. Stucchi 110
I-20900 MONZA (MB)
Capitale Soc. EUR 40.222.464,00 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. 09050810960

Internal

Tel. +39 0392817 200
Fax +39 0392817 274
www.roche.it
www.accu-chek.it