

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 533

ORIGINALE

OGGETTO: Aggiornamento tecnologico TAC modello OPTIMA 660.

In data 02 DIC. 2013, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione N. 533 del 03.10.2012 questa ASP ha aderito alla Convenzione CONSIP – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici di Roma per la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi e dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, N. 488 e s.i.m. e dell'art. 58 della legge 23.12.2000, N. 388 – Lotto 2 – CIG: 4595644D63;

CHE in seguito a tale adesione è stato emesso l'ordinativo N. 437430, alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA aggiudicataria del Lotto 2 – per la fornitura di un'apparecchiatura TC-L2 multistrato avanzata (64 Strati) OPTIMA CT 660 con accessori, per il costo complessivo di Euro 460.949,50, occorrente per la Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone;

CHE il Primario della U.O. di Radiologia ha avanzato richiesta per l'aggiornamento tecnologico della predetta apparecchiatura, mediante l'implementazione hardware e software di abbattimento di dose ASIR e di tutti i dispositivi che consentono l'acquisizione di 128 strati;

CHE con comunicazione a mezzo fax Prot. n. 30683 del 22.11.2013 è stata richiesta offerta alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA per l'aggiornamento tecnologico della predetta apparecchiatura per come indicato dal Primario interessato;

VISTA l'offerta della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA con la quale per l'aggiornamento dell'apparecchiatura OPTIMA CT 660 richiede Euro 70.000,00 oltre IVA;

CHE l'aggiornamento ASIR nella predetta apparecchiatura consentirà:

- incremento del 40% circa della risoluzione a basso contrasto;
- riduzione della dose di circa il 60%;
- riduzione del numero degli artefatti;

- riduzione del rumore, mentre l'Overlapped recon - 128 Strati - consentirà una ricostruzione notevolmente migliorata in termini di risoluzione spaziale;

VISTO l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.i.m.;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;

DELIBERA


Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente riportato:

- 1- AFFIDARE alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA di Milano, l'aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura TC modello OPTIMA CT 660 dell'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, con l'implementazione di ASIR - cod. B75452FJ e OVERLAPPED RECON - 128 Strati, cod. B877NA, in conformità all'offerta della GE Medical Systems Italia N.13.H.67311.9/a.C.E./CP, al prezzo di Euro 70.000,00;
- 2- DARE ATTO che complessiva di Euro 85.400,00, IVA 22% compresa, graverà sul Conto Cod. 101.2.401 del Bilancio;
- 3- AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
- 4- Nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti




Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Cozza




Il Direttore Sanitario

Dott. Francesco Paravati



Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 02 DIC. 2013 con Protocollo della Segreteria Generale n...1.1.3.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Fig. Francesco Sorullo

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

